Informations produit
ID 220 désinfection des fraises

ID 220 description succincte

- Solution prête à l'emploi, exempte d'aldéhyde, pour la désinfection et le nettoyage simultanés des instruments rotatifs dans les cabinets médicaux, laboratoires et en milieu hospitalier.
- Action nettoyante exceptionnelle - dissout les souillures les plus tenaces sur les fraises et forets en acier ou acier fin, instruments diamantés, instruments pour le traitement du canal radiculaire.
- Action particulièrement rapide – durée d'action: seulement 1 minute dans le désinfecteur de fraises et seulement 30 secondes dans l'appareil à ultrason.
- Large spectre d'action : bactéricide, tuberculocide, fongicide, virulicide y compris le VHB, le VHC et le VIH.
- Testé suivant les directives actuelles VAH-Méthodes et les normes européennes.
- Liste de la VAH. Liste ADF.
- Convient particulièrement pour l'utilisation dans un appareil à ultrasons (par exemple l'Hygosonic).
- Excellente compatibilité avec les matériaux grâce à des inhibiteurs de corrosion spéciaux.

Propriétés

ID 220 du système d'hygiène Dürr Dental est une solution prête à l'emploi, à haute activité et exempte d'aldéhyde, pour le nettoyage et la désinfection simultanés des instruments rotatifs (fraises et forets en acier ou acier fin, instruments diamantés, instruments pour le traitement des canaux radiculaires avec manches en plastique, etc.) dans les cabinets médicaux, laboratoires et en milieu hospitalier. ID 220 se distingue par son excellente compatibilité avec les matériaux - il contient des inhibiteurs de corrosion spéciaux -, son action nettoyante exceptionnelle et son activité générale particulièrement rapide. Il dégage une odeur agréable.

Composition chimique

ID 220 est une combinaison d'alcools, d'hydroxyde de potassium, d'agents complexants, d'anti-oxydants et d'additifs en solution aqueuse. 100 g d'ID 220 contiennent 15 g de Propan-1-ol.

Activité microbiologique

ID 220 exerce une activit, bactéricide[1)], tuberculocide[1)], fongicide[1)] virucide (virus enveloppés, par ex. les virus de la vaccine, y compris le VHB, le VHC et le VIH[2), 3)], virus nus, par ex. adénovirus[1), 2)], polyomavirus SV 40[2)], poliovirus[1), 2)], norovirus[1), 2)]. Liste de la VAH. Liste ADF. Testé selon les directives des normes EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

Mode d'emploi

ID 220 est utilisé non dilué. Dans le désinfecteur de fraises la durée d'action est de seulement 1 minute et dans l'appareil à ultrasons (l'Hygosonic de Dürr Dental, par exemple) seulement 30 secondes. La durée d'action pour inactiver des virus est 1 minute. En cas de souillures importantes des instruments, il est possible d'allonger le temps d'action de 30 à 60 minutes. Après le temps d'action, rincer soigneusement les instruments désinfectés à l'eau courante. Si nécessaire, brosser les salissures tenaces et recommencer le processus de désinfection. Essuyer les instruments. Ne stériliser que des instruments complètement propres et secs. Les instruments rotatifs ayant la classification «critique» doivent être stérilisés dans un emballage approprié et stockés dans un endroit sté-

Les recommandations pour nos préparations reposent sur des expertises scientifiques approfondies internes et externes et sont données en fonction des connaissances dont nous disposons. Notre responsabilité en la matière est régie par nos „Conditions générales de vente et de livraison" disponibles sur simple demande.

DÜRR DENTAL

Informations produit
ID 220 désinfection des fraises

rile. Des instruments «semi-critiques» peuvent être stérilisés et stockés sans emballage dans des supports.

Comportement écologique

ID 220 est facilement biodegradable, conformément à la directive 301 D de l'OCDE. L'emballage est composé de polyéthylène et peut donc être recyclé soit en matière première soit comme source énergétique. Pour le recyclage, rincer la bouteille avec de l'eau.

Propriétés physiques

Aspect: liquide transparent bleu clair

Densité: D = 0,99 ± 0,01 g/cm³ (20 °C)

pH: 13,4 ± 0,5

Durée de conservation

3 ans

En fonction des salissures, 7 jours maximum pour une solution préparée.

Conditionnement

Bouteille de 2,5 litres

Bouteille de 1 litre

Conservation

Stocker la préparation à 5 °C et au maximum à température ambiante.

Accessoires

Hygosonic, pince universelle pour instruments

Remarques

Ne pas immerger dans l'ID 220 des produits sensibles aux alcalis et au alcool, comme les objets en alliage léger, les métaux non ferreux (aluminium, laiton, etc.) ou certains instruments collés aux résines synthétiques. A cet effet, nous recommandons les produits ID 212 forte, ID 212 ou ID 213. Les fraises et forets en carbure de tungstène, les instruments pour le traitement du canal radiculaire avec poignée codé couleur et les meules en céramique doivent être testés quant à leur compatibilité avec le produit ID 220. Les forets, fraises, etc. insérés peuvent rester jusqu'à 12 heures dans la solution prête à l'emploi ID 220.

Indication	Concentration	Durée
Désinfection d'instruments (VAH-Méthodes)[1)]	100 %	1 min.
Bactéries[1)] incl. Tb[1)] et champignons[1)]	100 %	1 min.
Bactéries[1)] incl. Tb[1)] et champignons[1)] dans l'appareil à ultrason	100 %	30 sec.
Virus de la vaccine, y inclus le VHB, le VHC et le VIH[2), 3)]	100 %	15 sec.
Adénovirus[1), 2)]	100 %	1 min.
Polyoma SV 40 virus[2)]	100 %	30 sec.
Norovirus[1), 2)]	100 %	1 min.
Poliovirus[1), 2)]	100 %	1 min.

1) Examen en présence d'une charge organique élevée.
2) Examen avec et sans charge organique.
3) Conformément aux recommandations du RKI (Institut Robert Koch, Allemagne) (Bulletin fédéral de santé 47, 62 – 66, 2004).

Dangers

L'ID 220 est classé et étiqueté selon le règlement CLP: voir l'étiquetage et la fiche de données de sécurité.

Expertises independantes - examens propres

Les rapports d'expertise sont disponibles sur demande.

CE 0297

Dürr Dental AG
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerr.de

Stand 2017-01

DÜRR DENTAL